PRIMA TRAINER

MICROSCÓPIO CIRÚRGICO DE TREINAMENTO




LABOMED®

ideas for vision

MICROSCÓPIO CIRÚRGICO DE TREINAMENTO

ESPECIFICAÇÕES

Tubos de observação	Padrão: tubo binocular inclinável de 0 a 210°
Distância interpupilar	49–78 mm
Oculares	Padrão: campo amplo 10x/18 mm com ocular de borracha e trava dióptrica Opcional: campo amplo 12,5x/18 mm com ocular de borracha e trava dióptrica
Ajuste dióptrico	±7 D
Trocador de ampliação	Apocromático, 5 passos: 0,4x, 0,6x, 1,0x, 1,6x e 2,5x; revestimento MaxLite
Objetiva	Padrão: f 250 mm, focalizável Opcionais: f 200 mm, f 300 mm ou f 400 mm, focalizáveis
Campo de visão	66–10,6 mm
Faixa de ampliação	2,7x–17,0x
Foco fino	Manual, pelo botão de ajuste da objetiva
Fonte de luz	LED de 50 W, 100–240 V
Iluminação	125.000 lux
Potência máxima	200 W
Temperatura de cor	6500 K
Filtros integrados	Verde e amarelo
Movimento vertical do braço	550 mm, com desligamento da luz para economia de energia na posição de repouso
Suporte do microscópio	Suporte de 120°
Acessórios opcionais	Divisor de feixe (reto e inclinado), RotoPlate, extensor, íris dupla, adaptadores ProLine para câmera e smartphone



Todas as medidas em mm

DESCRIÇÃO	CONFIGURAÇÃO	Nº DE CATÁLOGO
PRIMA Trainer	Montagem em mesa	6167500

Labo America, Inc.
920 Auburn Court
Fremont, CA 94538

Tel.: (510) 445-1257
E-mail: sales@laboamerica.com

www.laboamerica.com

A16372 ISO 13485 : 2016
LABOTECH MICROSCOPES INDIA Pvt Ltd

LABOMED®

Distribuidor

Em razão de sua política de desenvolvimento contínuo, a Labo America, Inc. reserva-se o direito de alterar o design e as especificações sem aviso prévio.

6167500-796/USA/E/ 1.0 300523
© Labo America, Inc. Todos os direitos reservados.